

TERMO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO**, através do Pregoeiro, vem, por meio deste, **RETIFICAR** os termos do Edital do Pregão Presencial nº 044/2022, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/MT, nos termos abaixo:

1. Fica Retificado o Item 6.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 044/2022, passando a descrição ficar assim definido:

Item	Cód. TCE	Cód. Sistema	Unid	Especificação técnica / descrição do serviço ou material	Qtd
1	00026357	286973	UND	ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA - Conforme Especificações Técnicas Mínimas: Análise de no mínimo de 26 a 29 parâmetros, 80 amostras por hora, citometria de fluxo (FCM) armazenamento de até 100.000 resultados realizando no mínimo os seguintes testes: WBC, LYM, LYM%, MON, MON%, NEU, NEU%, EOS, EOS%, BAS, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWCV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCR, P-LCC; 4 parâmetros de pesquisa: ALY, ALY%, LIC, LIC%, 1X 3D gráfico de dispersão, 3x 2D gráfico de dispersão e 3 histogramas, análise de plaqueta Impedância elétrica, Hb: colorimétrica sem cianeto. Modo de teste: CBC, CBC + DIFF. Volume de amostra de sangue total: 20uL, capilar: 20uL, pré-diluída: 20uL. Linearidade: WBC ($\times 10^3/L$): 0 – 300, RBC ($\times 10^6/L$): 0,00 – 8.50, Hb (g/dL): 0 – 25,0; HCT(%): 0 – 67, PLT ($\times 10^3/L$): 0 – 3000. Mínimo de 03 (três) discriminações automáticas de oscilações alarmes para falhas de contagem, interface R232 incluindo gráficos e matriz. Porta LAN compatível com o protocolo HL7 Reagentes da mesma marca do aparelho, leitor de código de barras embutido, autocarregamento de amostras para 60 tubos. Computador e monitor touch screen incluso. Instalação e treinamento operacional, assessoria científica e técnica credenciado no conselho regional do estado do Mato Grosso. Reagentes para instalação, garantia de 12 meses. Registro na ANVISA. Manual de utilização em português.	1

2. Considerando que a retificação altera as condições de participação no certame, fica prorrogada a data de abertura dos envelopes para o dia **10 de Junho de 2022**, às **08H00min** (horário local de Terra Nova do Norte - MT), mantido o local.

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Terra Nova do Norte – MT, 26 de Maio de 2022.

EDIVALDO MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT